

三次元測定機

平成21年度電源立地地域対策交付金事業により導入



性能及び仕様

製造所:(株)ミットヨ

型 式:LEGEX9106

導入年度:平成21年度

仕 様:

測定範囲(XYZ)・・・ 910×1010×605mm

最大許容指示誤差・・・ $0.45 + L/1000 \mu m$

使用上の注意:

測定対象物の重量・大きさについては事前にご相談下さい。

用途

寸法公差(長さ、角度)、および、幾何公差(真直度、平面度、真円度、円筒度、平行度、直角度、傾斜度、位置度、同心度、同軸度、対称度、円周振れ、全振れ、線の輪郭度、面の輪郭度)を評価する。