

におい識別装置

平成21年度ものづくり試作支援センター事業により導入



性能及び仕様

製造所: 島津製作所

型式: FF-2A

導入年度: 平成21年度

仕様:

沸点別条件: トップ、ミドル、ラストノート条件
(最初、中間、最後に感じるにおい)。

におい強度: 臭気指数相当表示

においの質: 硫黄系、アミン系、芳香族系、
炭化水素系、エステル系、アルデヒド系、
有機酸系、硫化水素、アンモニアの9軸
表示。ユーザー設定も可能。

用途

香りの位置付け、香りの性格付けの定量化。異臭の原因分析、定量分析。食品の劣化分析(賞味期限の検討)。容器からの移香分析。各種ブレンド率の分析(コーヒー、お茶等)。