

# アース導通試験器

経済産業省 平成25年度補正予算事業  
「地域オープンイノベーション促進事業」により導入



## 性能及び仕様

製造所: 菊水電子工業(株)

型 式: TOS6200

導入年度: 平成26年度

仕 様:

電流設定範囲: AC3.0A～30.0A、分解能0.1A

最大定格出力: 150VA

抵抗値: 測定範囲0.001Ω～1.200Ω、分解能0.001Ω

入力電圧範囲: AC85V～132V

試験時間: 設定範囲0.3s～999s

## 用途

国内規格の電気用品安全法(PSE)に準じたアース端子からの漏電電流を評価する